

## Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wlkp.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
  - GE OPTIMA 520 - aparat rentgenowski do tomografii komputerowej  
Decyzja WPWIS nr.603/2022 – zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki  
Decyzja WPWIS nr.61/2017 – zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego tomografii komputerowej  
Decyzja WPWIS nr.59/2017 – zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej tomografii komputerowej
  - ZIEHM EXPOSCOP 8000 - aparat rentgenowski  
Decyzja WPWIS nr.604/2022 – zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii zabiegowej  
Decyzja WPWIS nr.233/2020 – zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego z ram. C do radiologii zabiegowej
  - RAYBOW XE - aparat rentgenowski  
Decyzja WPWIS nr.602/2022 – zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki  
Decyzja WPWIS nr.42/2022 – zezwolenie na stosowanie aparatu rentgenowskiego jezdnego do zdjęć przyłóżkowych
  - CARESTREAM DRX EVOLUTION - aparat rentgenowski  
Decyzja WPWIS nr.322/2016 – zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki  
Decyzja WPWIS nr.233/2020 – zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego diagnostycznego do zdjęć na stół i statyw  
Decyzja WPWIS nr.26/2016 – zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej

Konrad Masłowski  
INSPEKTOR OCHRONY  
RADIOLOGICZNEJ  
Nr 15/2019

KIEROWNIK  
Działu Diagnostyki Obrazowej

Tomasz Werner

Środa Wielkopolska, dnia 13.03.2023

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

- dawkomierzy środowiskowych - w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka pochłonięta nie przekracza dopuszczalnych wartości
- dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka pochłonięta nie przekracza dopuszczalnych wartości

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  - Sprawozdanie nr.02/02/4/RTG/2023 z pomiarów narażenia na promieniowanie rentgenowskie - CARESTREAM DRX EVOLUTION
  - Sprawozdanie nr.02/02/1/RTG/2023 z pomiarów narażenia na promieniowanie rentgenowskie - GE OPTIMA 520
  - Sprawozdanie nr.02/02/3/RTG/2023 z pomiarów narażenia na promieniowanie rentgenowskie - RAYBOW XE
  - Sprawozdanie nr.02/02/2/RTG/2023 z pomiarów narażenia na promieniowanie rentgenowskie - ZIEHM EXPOSCOP 8000
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Konrad Masłowski  
INSPEKTOR OCHRONY  
RADIOLOGICZNEJ  
Nr 15/2019

KIEROWNIK  
Działu Diagnostyki Obrazowej

*Tomasz Werner*